

Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Дурмиторска 9
11000 Београд

Предмет: Став 2 и Члан 20 „Захтев за додатним информација и појашњењима за јавну набавку добара у поступку ЈНМВ 09-18 - „Набавка рендген апарата“

Београд, 19.10.2018.

Наш реф. број: 1810

Питање број 1

У Вашој конкурсној документацији, на страни 10, под осмом тачком сте навели: *„Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци у обавези да сервисира апарате и обезбеди сав потрошни материјал без накнаде у гарантном року и у постгарантном року обезбеди потрошни материјал за несметан рад апарата. Такође је у обавези је да пружи сву потребну обуку запосленима“*

Ово се такође спомиње и у члану 9, став 4 Модела уговора.

Да ли је исправно схватање понуђача да се обавеза понуђача са којим буде закључен уговор о јавној набавци, а која се односи на то да је понуђач дужан да обезбеди сав потрошни материјал без накнаде у гарантном року и у постгарантном року за несметани рад апарата, **односи на потрошни материјал у виду резервних делова који су неопходни за несметани рад апарата?**

Уколико је Ваш одговор потврдан, предлажемо да се горе наведени захтев у том смислу измени и да гласи:

„Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци у обавези је да сервисира апарате и обезбеди све неопходне резервне делове без накнаде у гарантном року. У постгарантном року, понуђач са којим буде закључен уговор, дужан је да обезбеди снабдевање наручиоца резервним деловима који су неопходни за несметан рад апарата.“

У том смислу би требало изменити и члан 9, став 4 Модела уговора.

Одговор на питање број 1

Да, исправно је схватање понуђача. Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, а приликом закључивања уговора о јавној набавци, биће додатно наглашено да се обавезе добављача да обезбеди сав потрошни материјал без накнаде у гарантном року односе искључиво на резервне делове.

Питање број 2

У Вашој конкурсној документацији сте захтевали да плаћање буде након испоруке и инсталације апарата.

С обзиром на чињеницу да је увидом у простор за монтажу рендген апарата који је предмет набавке утврђено да постоје одређени радови које је наручилац дужан да припреми пре рока за монтажу и који не зависе од самог понуђача, да ли је за наручиоца прихватљиво да плаћање буде након испоруке апарата?

Унапред се захваљујемо на Вашем одговору и уважавању чињеница и предлога из нашег Захтева.

Одговор на питање број 2

Да, прихватљиво је да се плаћање изврши након испоруке апарата. Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, а приликом закључивања уговора о јавној набавци, биће додатно наглашено да ће се плаћање извршити након испоруке апарата.